



濃 度 計 量 証 明 書

No. B001102

有限会社 フクダ組

様

平成 28 年 10 月 31 日
広島市西区己斐本町3丁目13番16号

株式会社 エヌ・イー サポート

TEL 082-272-9000(代)

採取場所・住所	西条町田口処分場上流 脇 正晴 宅				
採取日時	平成 28年10月21日 8時30分	天候	当日	曇	気温 18.3 ℃
採取者	丸山 聡		前日	晴	水温 20.4 ℃

平成 28 年 10 月 21 日 付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県) 第K-9号

環境計量士 酒井 剛

計量士登録番号 第8121号



計量方法	環境庁告示第10号 (平成9年3月13日)、 JIS-K0102			
	試料名 上流地下水			
計 量 の 対 象		計 量 の 結 果	定 量 下 限 値	計 量 方 法 の 細 目
カルシウム(mg/l)		定量下限値未満	0.001	JISK0102.55.4
全シアン(mg/l)		定量下限値未満	0.1	JISK0102.38.3
鉛(mg/l)		定量下限値未満	0.001	JISK0102.54.4
六価クロム(mg/l)		定量下限値未満	0.005	JISK0102.65.2.1
砒素(mg/l)		定量下限値未満	0.001	JISK0102.61.4
総水銀(mg/l)		定量下限値未満	0.00005	S46環告59付表1
アルキル水銀(mg/l)		定量下限値未満	0.0005	S46環告59付表2
ポリ塩化ビフェニル[PCB](mg/l)		定量下限値未満	0.0005	S46環告59付表3
ジクロロメタン(mg/l)		定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2
四塩化炭素(mg/l)		定量下限値未満	0.0002	JISK0125.5.2
1,2-ジクロロエタン(mg/l)		定量下限値未満	0.0004	JISK0125.5.2
1,1-ジクロロエチレン(mg/l)		定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2
シス-1,2-ジクロロエチレン(mg/l)		定量下限値未満	0.004	JISK0125.5.2
1,1,1-トリクロロエタン(mg/l)		定量下限値未満	0.0005	JISK0125.5.2
1,1,2-トリクロロエタン(mg/l)		定量下限値未満	0.0006	JISK0125.5.2
トリクロロエチレン(mg/l)		定量下限値未満	0.002	JISK0125.5.2
テトラクロロエチレン(mg/l)		定量下限値未満	0.0005	JISK0125.5.2
1,3-ジクロロプロペン(mg/l)		定量下限値未満	0.0002	JISK0125.5.2
チウラム(mg/l)		定量下限値未満	0.0006	S46環告59付表4
シマジン(mg/l)		定量下限値未満	0.0003	S46環告59付表5.1
備考				

(注) 大腸菌群数、濁度、色度及び電気伝導率は、計量法107条の計量証明対象外です。



濃度計量証明書

No. B001102

有限会社 フクダ組

様

平成 28 年 10 月 31 日
広島市西区己斐本町9丁目13番16号

株式 工 又 ・ 株式会社 ポート

TEL 042-272-9000(代)

採取場所・住所	西条町田口処分場上流 脇 正晴 宅					
採取日時	平成 28年10月21日 8時30分	天候	当日 前日	曇 晴	気温	18.3 ℃
採取者	丸山 聡				水温	20.4 ℃

平成 28 年 10 月 21 日 付け御依頼の
試料について、計量の結果を御報告致します。

計量証明登録番号 (広島県) 第K-9号

環境計量士 酒井 剛

計量士登録番号 第8121号

[illegible]

(注) 大腸菌群数、濁度、色度及び電気伝導率は、計量法107条の計量証明対象外です。